



INFORME D'ACCIDENT I INCIDENT

DESCRIPCIÓ:

Un investigador acudeix al servei mèdic per irritació constant de vies respiratòries, es diagnostica un possible origen químic. Visitem el laboratori per determinar les causes, i comprovem que s'utilitzen grans quantitats d'àcids concentrats (àcid nítric, clorhídric, fluorhídric) en 2 dipòsits de digestió i en 2 forns, tots ubicats sobre una poiata que hi ha devora la finestra. El laboratori no té ventilació general i el sistema d'extracció dels forns és molt rudimentari (té fuites i quan s'obren les portes surten vapors àcids).

FORMA EN QUÈ ES VA PRODUIR:

Inhalació de productes corrosius

LESIONS PERSONALS:

Lleu irritació de les vies respiratòries, sense baixa

DANYS MATERIALS:

Cap

VALORACIÓ DEL RISC:

GREU

MODERAT

LLEU

MESURES DE PREVENCIÓ QUE CAL APLICAR:

RESPONSABLE

**DATA
PREVISTA**

**DATA
REAL**

**PRESSUPOST
APROXIMAT**

Tancar la poiata amb vidre o metacrilat abatible, i instal·lar un extractor dins aquest espai.

Patrimoni

3 mesos

Fet

EMISSOR DE L'INFORME:

Santiago Hernández
Servei de Prevenió
7/03/2008

Vistiplau PRESIDENT DEL
COMITÈ DE SEGURETAT I
SALUT:

Vistiplau SERVEI DE
PREVENCIÓ:

--

INFORME Núm.:

01/2008

REGISTRE FOTOGRÀFIC:

S'HA DISTRIBUÏT CÒPIA DE L'INFORME A LES SEGÜENTS PERSONES:

- Pilar Maldonado, cap del Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructures.
- Responsable del grup de recerca.