



INFORME D'ACCIDENT I INCIDENT

DESCRIPCIÓ:

Una investigadora feia feina amb un destil·lador Kendall i es va rompre un tub de vidre que contenia àcid sulfúric diluït, que li va salpicar la roba i la cara. Es va netejar ràpidament amb el rentaüls d'emergència. No va patir cap cremada. Cal destacar que no duia posades les ulleres de seguretat.

El més important d'aquest incident és que la investigadora va finalitzar la beca FPI del Ministeri el gener del 2006, i en aquests moments està investigant sense cap beca ni contracte. Per tant, no té assegurança mèdica ni civil que pugui cobrir els possibles accidents laborals.

FORMA EN QUÈ ES VA PRODUIR:

Contacte amb productes corrosius

LESIONS PERSONALS:

Cap

DANYS MATERIALS:

Tub de vidre trencat

VALORACIÓ DEL RISC:

GREU

MODERAT

LLEU

MESURES DE PREVENCIÓ QUE CAL APLICAR:**RESPONSABLE****DATA
PREVISTA****DATA
REAL****PRESSUPOST
APROXIMAT**

Utilitzar les ulleres de seguretat sempre que es manipulin productes químics (repasseu les normes de seguretat que us vàrem lliurar)

Treballadora

Immediat

--

Enviar un comunicat a tots els investigadors principals indicant que han de formalitzar, a través dels Serveis Administratius, una assegurança mèdica i civil per als seus investigadors que no tinguin beca ni contracte (per exemple, els que han acabat la carrera i encara no han rebut una beca, els que ja han finalitzat la beca, etc.).

Investigadors
principals /
Administrador de
Centre

Abril
2007

600 € per
persona i
any

EMISSOR DE L'INFORME:

Santiago Hernández
Servei de Prevenció
3/4/2007

Vistiplau PRESIDENT DEL
COMITÈ DE SEGURETAT I
SALUT:

Vistiplau SERVEI DE
PREVENCIÓ:

--

INFORME Núm.:

4/2007

S'HA DISTRIBUÏT CÒPIA DE L'INFORME A LES SEGÜENTS PERSONES:

- Josep Aguiló, Vicerector de Planificació Economicoadm. i president del Comitè de Seguretat i Salut
- Treballadora i investigador principal de la treballadora.
- Administradors de Centre.